



Unidad base radiotransparente ajustable para sistema de reposacabezas neuroquirúrgico

1101.021



Unidad base radiotransparente ajustable para sistema de reposacabezas neuroquirúrgico

- Composición radiotransparente
- Fijación directa sobre raíles de la UE (25x10 mm) or railes americanos (30 x 8mm)
- Requiere un miembro de transición de bloqueo (1101031)
- Requiere un miembro de transición (1101026)
- Requiere un adaptador giratorio (3033-00 o 3033-10) para conectarse al soporte de la cabeza (3034-00, 3035-00 o 3036-00)
- Pedido a pedido - Artículo sin inventario

COMPATIBLE CON

HIMAX - CMAXT - CMAXS - CMAX XRAY - GMAX - 5085 HARMONY - CMAX3 - CMAX3-DRIVE - KERNA

