

Ensemble d’unité de traction en fibre de carbone TenZor™

BF72



Cet ensemble de traction léger en fibre de carbone se fixe aux barres d’abduction des tables orthopédiques à l’aide d’une pince à accessoires de traction afin de tenir la botte de traction du pied et le coussin (inclus) en place lors de la traction. La poignée d’ajustement de la tension à l’extrémité distale permet un réglage précis de la traction appliquée, et les valeurs numériques faciles à lire indiquent le couple de serrage utilisé. Inclut : ensemble d’unité de traction, plaque de support en fibre de carbone (BF729) et coussin pour botte de traction du pied avec sangle (BF538).Vendu à l'unité.

Produits requis : Pince à accessoires d’extension (BF775) ou pince à accessoires de traction (BF0002)

Poids maximum du patient : 181 kg

Remarques spéciales: Des bottes de traction du pied pour enfant (BF539) ou adulte obèse (BF548) peuvent également être commandées si nécessaire.

COMPATIBLE AVEC

5085 SRT - 4095 - 5095 - 7080

Les produits STERIS sont des dispositifs médicaux marqués CE.
Lire attentivement les instructions figurant dans la notice d’utilisation et sur l’étiquetage pour utiliser ces matériels en toute sécurité.

Retrouvez toute notre gamme d'extensions et d'accessoires sur www.steris-lesindispensables.com / www.steris-accessories.com

STERIS
Les indispensables









Les produits STERIS sont des dispositifs médicaux marqués CE.
Lire attentivement les instructions figurant dans la notice d'utilisation et sur l'étiquetage pour utiliser ces matériels en toute sécurité.

Retrouvez toute notre gamme d'extensions et d'accessoires sur www.steris-lesindispensables.com / www.steris-accessories.com