

Joystick pour CMAX XRay (rails US)

BF714

CE



Via le contact de la paume avec le joystick orange, cette commande de fonctionnement de la table génère des mouvements précis et permet au chirurgien ou au soignant de la salle d'opération de manoeuvrer facilement le plateau de table en fibre de carbone sans vibration associée. Peut être utilisée en association avec la commande manuelle. L'option Bluetooth permet d'éviter que le cordon ne pende, ce qui favorise un environnement d'imagerie sans artefact.

Dimensions : 14,9 cm (L) x 7 cm (l) x 14,3 cm (H). Poids : 1,3 kg

A utiliser avec rails US uniquement

- Fonction Bluetooth ou filaire
- Bouton de commande flottant
- Verrouillage / déverrouillage du flotteur
- Hauteur haut / bas
- Niveau automatique
- LED indicative
- Utilisation exclusivement avec rails US

COMPATIBLE AVEC

CMAX XRAY

Les produits STERIS sont des dispositifs médicaux marqués CE.
Lire attentivement les instructions figurant dans la notice d'utilisation et sur l'étiquetage pour utiliser ces matériels en toute sécurité.

Retrouvez toute notre gamme d'extensions et d'accessoires sur www.steris-lesindispensables.com / www.steris-accessories.com

STERIS
Les indispensables













Les produits STERIS sont des dispositifs médicaux marqués CE.
Lire attentivement les instructions figurant dans la notice d'utilisation et sur l'étiquetage pour utiliser ces matériels en toute sécurité.

Retrouvez toute notre gamme d'extensions et d'accessoires sur www.steris-lesindispensables.com / www.steris-accessories.com